

法規名稱：(廢)救護車裝備標準

廢止日期：民國 97 年 09 月 03 日

一、本標準依緊急醫療救護法第十四條規定訂定之。

二、救護車分為一般救護車及加護救護車。

三、一般救護車應有下列之裝備：

- (一) 氧氣組：攜帶式及固定式各一組。攜帶式，應含給氧器之配件，其氧氣筒容量，應大於四〇〇毫升；固定式，應含流量計及潮濕瓶等配件，其氧氣筒容量，應大於一〇〇〇毫升。
- (二) 氧氣鼻管一組。
- (三) 氧氣面罩：大人及兒童型各一組。
- (四) 抽吸導管：六號抽吸導管及十四號抽吸導管各二組。
- (五) 鼻胃管一組。
- (六) 可攜帶式抽吸器組一組。
- (七) 擔架床：應附有可資推動之腳架及滑輪；全長，應大於一七〇公分；寬，應大於五〇公分；負重，應大於一五〇公斤。
- (八) 可折疊式搬運椅或椅式擔架一組。
- (九) 頸圈：可拋棄式，大、中、小號各二組。
- (十) 頭頸部固定器一組。
- (十一) 充氣、抽氣或捲筒式之固定四肢用護木二卷。
- (十二) 毛毯及被單各一條。
- (十三) 滅火器一組。
- (十四) 軀幹固定器組一組。
- (十五) 長背板一組：全長，應大於一五〇公分；寬，應大於四〇公分；負重，應大於一五〇公斤；並應含固定帶之配件二組以上。
- (十六) 生產創傷處理包一套，其配備項目，如附表一。
- (十七) 燒傷包一套，其配備項目，如附表二。
- (十八) 一般急救箱，其配備項目，如附表三。
- (十九) 可丟棄式手套一盒。

(備註：附表三請參閱衛生署公報第 25 卷 24 號 31 頁)

四、加護救護車之裝備，除應符合一般救護車之規定外，並應有下列之裝



備：

- (一) 加護急救箱，其配備項目，如附表四。
- (二) 可攜帶式之心臟監視器。
- (三) 電擊去顫器。
- (四) 無線電對講機或行動電話。

前項各款之裝備，得於救護車出勤時，始攜至車上。

附表一

生產創傷處理包配備項目表

外塑止刮彎蚊剪刀鑷	項
包膠血匙盆鉗刀柄子	
布臍鉗	
或夾	
袋	目
1 2 3 1 2 1 2 1 3	數
件支支支個支支支支	量
無嬰無小紗刀	項
菌兒菌洞布片	
被用手巾	
單吸套	
痰	
管	
或	
吸	
痰	
球	目
2 1 2 2 1 2	數
條個雙張卷支	量

附表二

燒傷包配備項目表

外敷長	項
包料鑷	
布剪子	
或刀	
袋	目
1 1 1	數
件支支	量
無大無	項
菌、菌	
並中並	
含、含	
水小水	
性、性	
被 繃	
單 帶	
〰	目
1 各	數
2	
條卷	量



全國法規資料庫
Laws & Regulations Database of The Republic of China

Laws & Regulations Database of The Republic of China