

法規名稱：聽力所設置標準

發布日期：民國 99 年 12 月 29 日

第 1 條

本標準依聽力師法第十六條第三項規定訂定之。

第 2 條

聽力所應有明顯區隔之獨立作業場所及出入口。

第 3 條

- 1 聽力所之總樓地板面積，不得小於二十平方公尺。合併設置語言治療部門者，總樓地板面積，不得小於三十平方公尺。
- 2 聽力所並設置語言治療部門者，應另置具執業登記之語言治療師一人以上，及符合語言治療所設置標準之規定。
- 3 前項聽力所，其市招得註明設置語言治療部門。

第 4 條

- 1 聽力所應有下列設施：
 - 1,1 (一) 聽力檢查室：室內全頻噪音量應具三十分貝（dBA）以下。
 - 1,2 (二) 聽力檢查儀：
 - 1,2,11. 領有行政院衛生署醫療器材許可證。
 - 1,2,22. 應至少含氣導、骨導、遮蔽之檢查功能。
 - 1,3 (三) 應有等候空間。
 - 1,4 (四) 應有保存執行業務紀錄之設施。

第 5 條

本標準自發布日施行。